

## دراسة لأنواع الاجهزة الالكترونية

---

قدم مجموعة أساتذة من كلية طب الأسنان وهم كل من الدكتور (نو الفقار غالي حميد) والدكتور (أحمد غانم مهدي) والدكتور (غسان علي عباس) بحثاً تم نشره في مجلة (Indian Journal of Public Health Research & Development) والذي يدرس المقارنة بين ثلاثة أنواع من الاجهزة الالكترونية الاول أمريكي (ipex ?) اما الثاني (ipex I) فيما كان الثالث (Yc-RAF) النوع الصيني، وعمل هذه الاجهزة في قياس طول قناة الاسنان البشرية؛ حيث اظهرت نتائج هذه الدراسة ان جميع هذه الاجهزة لها قابلية القياس لطول القناة وظهر ان الاكثر دقة كان النوع الاول الأمريكي والاقل هو النوع الثالث الصيني، واجريت هذه البحوث في عيادات الكلية التعليمية من خلال المراجعين لها حيث تم استخدام 34 سن بشريا لهذا الغرض.

;

بقلم فرات حسين حسن - الإعلام;

---